

Białystok, dnia 18.12.2017 r.

Numer pisma: DA.ZP.242.100.2.2017

Wszyscy zainteresowani

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą odpowiedniego urządzenia, znak postępowania: DA.ZP.242.100.2017.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (2)

Pytanie dotyczące Pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować zapis 1 fiołka wystarcza na 20 suplementacji?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje w Formularzu Szczegółowym Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w Pakiecie nr 2:

Wymagania Zamawiającego – punkt 2):

„1 fiołka suplementu powinna wystarczyć na co najmniej 20 suplementacji po 200 µl”.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.12.2017 r.

Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższą zmianą:

- Zapis w części C ust. VII pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2017 r. o godz. 11.00.”

- Zapis w części C ust. VIII pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„**Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **21.12.2017 r. o godz. 11:10** w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

Sala Konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji).”

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma