

Nr pisma: DA.ZP.242.99.11.2017

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa i zestawów do wertebroplastyki, znak postępowania: DA.ZP.242.99.2017.

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa i zestawów do wertebroplastyki, znak postępowania: DA.ZP.242.99.2017.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Pakiet nr 3: Stryker Polska Sp. z o. o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena – 60%, termin dostawy - 40%.

2. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Pakiet nr 2: Do Pakietu nr 2 wpłynęła jedna oferta. Ocena złożonej oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin dostawy	Ocena oferty w kryterium:		
				Cena oferty	Termin dostawy	Punkty łącznie
2	Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	322 164,00 zł	1 dzień roboczy	Oferta odrzucona		

Pakiet nr 3: Do Pakietu nr 3 wpłynęły dwie oferty. Ocena złożonych ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin dostawy	Ocena oferty w kryterium:		
				Cena oferty	Termin dostawy	Punkty łącznie
1	Stryker Polska Sp. z o. o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa	151 200,00 zł	1 dzień roboczy	60 pkt.	40 pkt.	100 pkt.
2	Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	137 646,00 zł	1 dzień roboczy	Oferta odrzucona		

3. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania:

- Oferta Wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl zostaje odrzucona w Pakiecie nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w Formularzu Szczegółowym Oferty w Pakiecie nr 2 poz. 1 c) wymagał śrub o średnicy 8 mm w długościach 25-60 mm. Złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego materiały informacyjne nie zawierały informacji dotyczących zaoferowanego wyrobu: śruba \varnothing 8 mm o dł. 25 mm. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia opisu dotyczącego ww. wyrobu. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wyjaśnił, że w Pakiecie nr 2, poz. 1 c) podany został omyłkowo rozmiar śruby fi 8mm o dł. 25 mm, a prawidłową powinno być: od rozmiaru fi 8mm dł. 30 mm do rozmiaru fi 8 mm dł. 60 mm (przy wymaganych: \varnothing 8 mm o długości 25-60 mm). Wykonawca zaoferował zatem mniejszy zakres długości śrub o średnicy 8 mm niż był wymagany (brak wymaganej śruby \varnothing 8 mm o dł. 25 mm). W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, że zaoferowane wyroby w Pakiecie nr 2 nie spełniają wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta Wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl zostaje odrzucona w Pakiecie nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w Pakiecie nr 3 wymagał zestawu umożliwiającego przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem, w skład którego wchodzi „sterylnie

urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania (...)". Zamawiający wymagał wyrobu z zasilaniem elektrycznym mieszalnika i podajnika. Złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego materiały informacyjne wskazują, że Wykonawca zaoferował wyrób, który wymaga ręcznego wykonania opisanych powyżej czynności. Ponadto Zamawiający wymagał: „cement o podwyższonej lepkości i gęstości (...) zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszeniu składników". Złożony katalog podaje, że formuła HV zaoferowanego wyrobu pozwala na przedłużenie czasu pracy do 14 minut. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że zaoferowany wyrób w Pakiecie nr 3 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informacja o unieważnionych pakietach:

Postępowanie zostaje unieważnione w Pakiecie nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

6. Informacja o terminie zawarcia umowy w pakiecie, w którym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej (Pakiet nr 3):

Przewidywany termin podpisania umowy: **21.02.2018 r.**

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zaręba-Słoma