

Białystok, dn. 23.01.2018r.

Numer pisma: DA.ZP.242.6.1.2018

Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do biodekontaminacji, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.6.2018.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Stosownie do załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PAKIET Nr 1, pkt 1.

35 % roztwór nadtlenu wodoru do biodekontaminacji pomieszczeń szpitalnych przewoźnym systemem firmy Steris – typ VHP 1000 – ARD.

Produkt powinien być zarejestrowany jako środek biobójczy przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o działaniu dezynfekującym powierzchnie i urządzenia mające jak i nie mające kontakt z żywnością. Zawierający 350 g nadtlenu wodoru na kilogram. Karta charakterystyki powinna uwzględniać zastosowanie do procesów dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu.

Opakowanie – kanister 20 litrowy.

Treść pytania nr 1

Firma Steris – producent przewoźnego systemu VHP 1000 ARD, jako jedno z wymagań systemowych przewidziała stosowanie jednorazowych 950 ml kartridży – VAPROX zawierających środek sterylizacyjny w postaci 35% nadtlenu wodoru. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie oryginalnego, dedykowanego przez Steris środka biobójczego w postaci jednorazowych kartridży – VAPROX o pojemności 950 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy zaferowanie kartridży o pojemności 950 ml. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaferować taką ilość opakowań, aby możliwa była realizacja wymaganej ilości zamówienia. Oferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 2:

1. Stosownie do załącznika nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PAKIET Nr 2, pkt 2.
Wskaźnik biologiczny do kontroli procesu dekontaminacji pomieszczeń 35 % roztworem nadtlenu wodoru – VHP Sportex biological tests. 1 opakowanie – 200 szt.

Treść pytania nr 2

Firma Steris – producent przewoźnego systemu VHP 1000 ARD, jako jedno z wymagań systemowych do kontroli procesu dekontaminacji przewidziała stosowanie wskaźników biologicznych SPORDEX w opakowaniach po 100 szt., czy Zamawiający dopuszcza stosowanie oryginalnych, dedykowanych przez Steris wskaźników biologicznych – 1 opakowanie – 100 szt.?

Odpowiedź: Dopuszczamy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaoferować 12 opakowań po 100 szt.

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
A. Janke
dr n. med. Agnieszka Janke