

Białystok, dnia 31.01.2018r.

Nr pisma: DA.ZP.242.2.2.2018

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę akcesoriów do aparatury medycznej oraz drobnego sprzętu medycznego**, znak postępowania: **DA.ZP.242.2.2018**.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 3:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 3 miał na myśli ciśnieniomierz zegarowy z manometrem o średnicy 49mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy ciśnieniomierz zegarowy z manometrem o średnicy 49 mm.

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1; 2:

2. Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżki nr 3 i 4? Producent nie posiada łyżki nr 5 ze światłem konwencjonalnym.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. W celu prawidłowej wyceny pakietu prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 1 potrzebuje 10 sztuk łyżek (rozmiar – 0, 1, 2 – do wyboru podczas składania zamówienia) czy też po 10 sztuk z każdego w/w rozmiaru, co daje nam łącznie 30 łyżek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łącznie 10 sztuk łyżek (rozmiar – 0, 1, 2 – do wyboru podczas składania zamówienia).

4. Tożsame pytanie o doprecyzowanie zamawianych ilości łyżek dotyczy również pakietu nr 17 poz. 2; pakietu nr 18 poz. 1 i poz. 2 oraz pakietu nr 19 poz. 1 i poz. 2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łącznie:

- w Pakiecie nr 17, poz. 2: 20 sztuk łyżek wskazanych rozmiarów,
 - w Pakiecie nr 18, poz. 1: 20 sztuk łyżek wskazanych rozmiarów,
 - w Pakiecie nr 18, poz. 2: 40 sztuk łyżek wskazanych rozmiarów,
 - w Pakiecie nr 19, poz. 1: 20 sztuk łyżek wskazanych rozmiarów,
 - w Pakiecie nr 19, poz. 2: 30 sztuk łyżek wskazanych rozmiarów,
- zamawianych w zależności od zapotrzebowania

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zoręba-Słoma