

Białystok, dnia 19.02.2018 r.

Numer pisma: DA.ZP.242.8.1.2018

Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laparoskopowego z dzierżawą generatora, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.8.2018.**

Zamawiający -Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, przedstawia poniżej modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w zakresie Formularza Szczegółowego Oferty Pakietu nr 6.

**Zmianie ulega opis wyrobu w pozycji nr 4 Pakietu nr 6 (ilość nie ulga zmianie):**

**Przed zmianą:**

„Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, stanowiącym integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zagięcie ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zagięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm posiadająca dwie dźwignie zamykająca i spustową. długość ramienia 28cm, 34 cm. zamawiający określi każdorazowo długość rękojeści.”

**Po zmianie:**

„Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,6 mm lub o wys. 3,6 mm lub o wys. 3,8 mm lub do tkanki grubej – wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu. Ładunek posiada specjalnie zaprojektowaną chwytłą powierzchnię z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię zapobiegającą wysuwaniu się tkanek podczas ospalania staplera. Zamawiający określi jednorazowo rodzaj ładunku.”

W załączeniu do pisma zmieniony Formularz Szczegółowy Oferty Pakietu nr 6.

Zmiana SIWZ wprowadzona niniejszym pismem jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonej niniejszym pismem.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
mgr Joanna Zaręba-Słoma