

Pakiet nr 3

Aparat EKG (3 szt.)

I.p.	Opis	Oferowany sprzęt*
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2017 lub 2018	

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

L.p.	Nazwa parametru/cechy, wyposażenie	Parametry wymagane	Parametry oferowane*
1	Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG.	Tak	
2	Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera.	Tak	
3	Podczas badania automatycznej funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego badania automatycznego.	Tak	
4	Wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń.	Tak	
5	Wydruk na papierze o szerokości 112 mm.	Tak	
6	Automatyczna analiza i interpretacja.	Tak	
7	Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG.	Tak	

8	Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi.	Tak	
9	Graficzne menu wyświetlane na ekranie (128x240, przekątna 96 mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej.	Tak	
10	Wykonanie do 150 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej.	Tak	
11	Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu.	Tak	
12	Automatyczna detekcja zespołów QRS.	Tak	
13	Filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz).	Tak	
14	Filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz).	Tak	
15	Filtr izolinii (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz).	Tak	
16	Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody.	Tak	
17	Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca.	Tak	
18	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń.	Tak	
19	Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku.	Tak	
20	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym.	Tak	
21	Funkcje oszczędności energii akumulatora.	Tak	
22	Wyposażenie: kabel EKG, elektrody przysawkowe, elektrody klipsowe, żel EKG 250g -2szt., papier EKG – 2 rolki, kabel zasilania sieciowego.	Tak	

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregośkolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT w %
			netto	brutto	netto	brutto	
I.	Aparat EKG	3 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/