

Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2) (DA.ZP.242.35.2018)

Pakiet nr 2

Aparat EKG (2 szt.)

I.p.	Opis	Oferowany sprzęt*
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2017 lub 2018	

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

L.p.	Nazwa parametru/cechy, wyposażenie	Parametry wymagane	Parametry oferowane*
1	Zapis elektrokardiograficzny w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG.	Tak	
2	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń EKG.	Tak	
3	Analiza sygnału EKG zgodna z normą EN 60601-2-51.	Tak	
4	Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta.	Tak	
5	Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku.	Tak	
6	Pamięć wewnętrzna minimum 300 badań.	Tak	
7	Wbudowany ekran graficzny min 5,7" umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG.	Tak	
8	Klawiatura alfanumeryczna.	Tak	
9	Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu.	Tak	
10	Wydruk na papierze termooaktywnym o szerokości 110-112 mm.	Tak	
11	Prędkość przesuwu papieru: 5/ 10/ 25/ 50mm/s.	Tak	

12	Czułość EKG: 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV.	Tak	
13	Filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz).	Tak	
14	Filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz).	Tak	
15	Filtr linii izoelektrycznej.	Tak	
16	Przetwornik AC 24bit.	Tak	
17	Częstość próbkowania min. 1000 Hz/kanal.	Tak	
18	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym.	Tak	
19	Detekcja stymulatora serca.	Tak	
20	Współpraca z oprogramowaniem dedykowanym umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na komputerze.	Tak	
21	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4.	Tak	
22	Zapis i odczyt badań z nośnika PenDrive w standardzie zgodnym z EN 1064.	Tak	
23	Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany akumulator z ładowarką wewnątrz aparatu.	Tak	
24	Funkcja oszczędności energii akumulatora.	Tak	
25	Wyposażenie: kompletny kabel EKG, komplet (6szt) elektrod przysawkowych, komplet (4szt) elektrod klipsowych, papier EKG (rolka), kabel zasilania sieciowego.	Tak	
26	Waga aparatu max. 1,8 kg (z wyposażeniem).	Tak	
27	Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel EKG.	Tak	

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT w %
			netto	brutto	netto	brutto	
I.	Aparat EKG	2 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/